PRÉCAUTIONS D'USAGE
SAFETY USE

Le masque de protection respiratoire est destiné à protéger le porteur des risques d'inhalation d'agents infectieux par voie aérienne ainsi que son entourage. Il s'agit d'un appareil de protection respiratoire jetable faisant partie de la famille des Equipements de Protection Individuelle (EPI).
Les élastiques passent derrière la tête pour maintenir parfaitement le masque sur le visage.
Ils garantissent une protection optimale et évitent tout désagrément cutané derrière les oreilles.
La barrette nasale permet une bonne adaptation morphologique : le masque couvre le nez, la bouche et le menton. Sa durée de protection maximale est de 8 heures dans les bonnes conditions d'utilisation.
La déclaration CE est disponible pour consultation sur le site : www.franprotec.fr
The purpose of this mask is to protect the user against inhaling contaminated aerosols, but also to protect his environment at the same time. The mask is a single use protection feature and should be considered as a part of the Personal Protection Equipment.
The elastic straps go around the head to ensure a perfect fit of the facial mask.
This way we can guarantee an optimal protection without any discomfort of the straps behind the ears. The purpose of the nose bridge is to ensure an optimal facial adaptation of the mask so it covers the nose, mouth and chin of the user. In case of a correct utilization the protection is guaranteed for 8 hours maximum.
CE declaration is available for consultation on the website: www.franprotec.fr

Le masque de filtration FFP2 NR (Non Réutilisable) respecte la norme EN149 : 2001 + A1 : 2009.
The filtration mask FFP2 NR (single use) follows the norm EN149 : 2001 + A1 : 2009.

CONTRÔLE AVANT UTILISATION :

Visuel : Vérifier le conditionnement et l'apparence du masque.
Physique : Vérifier le maintien des élastiques et de la barrette nasale.

CHECK-UP BEFORE USAGE :

Visual: check the packaging and the outlook of the mask for defaults.
Physical: check the fixation of the elastics and the nose bridge.

Avertissements :
Il est peu probable que les exigences relatives à l'étanchéité soient satisfaites si des poils de barbes passent sous le joint facial.
Veuillez vérifier la qualité de l'air (contamination, défaut d'oxygène) avant utilisation.
Veuillez vérifier la possibilité d'utilisation de l'équipement dans une atmosphère explosive avant utilisation.

Warnings :
It is unlikely that the requirements for leakage will be achieved if facial hair passes under the face seal.
Check the air quality (contaminants, oxygen deficiency) before use.
Check the possibility of using the equipment in an explosive atmosphere.

NOTICE D'UTILISATION POUR LES MASQUES FFP2
USER MANUAL FOR THE FFP2 MASKS

Séparer les bords du masque afin de l'ouvrir complétement.

Spread apart the rims of the mask to open it fully.

Plier la barette nasale afin de maintenir le masque respiratoire ouvert.

Fold the nose bar to keep the respiratory mask open.



Identifier chacun des liens élastiques avec les index et les pouces.

Identify each elastic strap with your forefinger and thumbs.

Caler le masque formé en creux sous le menton et passer les élastiques au dessus de la tête.

Wedge the mask shaped as a hole under your chin, and pull the straps above your head.

Relâcher l'élastique inférieur et le positionner.

Let go lower strap and position it correctly.

Positionner le 2ème élastique au niveau du sommet du crâne.

Position the other string at the top of your head.

Ajuster la barette nasale en appuyant bien au niveau des ailes du nez avec les doigts.

Adjiust the nosebar, pressing the wings of your nose with your fingers firmly.

Positionner le masque jusqu'à ce qu'il adhère parfaitement au visage.

Position the mask until it fully adheres to your face.

CONDITIONS DE STOCKAGE
STORAGE CONDITIONS

Température de conservation
Storage temperature

USAGE UNIQUE
SINGLE USE

Taux d'humidité
Humidity level

Date limite d'utilisation :
Voir sur le masque.
Expiration date :
See on the mask.

Nordfilm Impression
70 rue de la Pérelle
62620 RUITZ

Code article : MASQUE0023

Distributeur : Franprotec
4 avenue de l'Europe
59223 RONCQ

Contact : contact@franprotec.fr

Organisme notifié GÉPTESZT
GÉPTESZT (n°2233)
Jalonka, u. 79., 1037 Budapest Hungary

CE 2233 EN149 : 2001 + A1 : 2009
Réglementation (UE) 2016/425
Regulation (EU) 2016/425

3 770019 102312